



Edição nº 1743 | Varginha/MG, Segunda-feira, 23 de Fevereiro de 2026

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

(Inciso I, artigo 16 e § 1º, artigo 17, da Lei Complementar nº 101/2000)

LEI Nº 7.525

DESPESA DO TIPO CONTINUADA

OBJETO: Concessão da Revisão Geral Anual e reajuste do auxílio-alimentação ao Funcionalismo Público Municipal de Varginha no exercício 2026.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2026: R\$ 14.584.866,64 (quatorze milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2027: R\$ 15.168.261,30 (quinze milhões, cento e sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta centavos).

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2028: R\$ 15.744.655,23 (quinze milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos).

METAS DE RESULTADOS FISCAIS: As despesas majoradas não afetarão as metas de resultados fiscais, uma vez que correrão à conta de dotações próprias do orçamento corrente.

METODOLOGIA DE CÁLCULO:

Considerou-se para elaboração do relatório o gasto com pessoal do RGF (3º quadrimestre/2025), aplicando-se reajuste de 7,00%. Conforme jurisprudência do STF, apenas o ganho real (2,74%) foi computado como expansão de despesa, excluindo-se a recomposição inflacionária (4,26%). O impacto do auxílio-alimentação seguiu os pagamentos de 2025 (Naturezas 3.3.90.39 e 3.3.90.46), não sendo computado no índice de pessoal devido à sua natureza indenizatória.

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DO RECURSO PARA CUSTEIO DA DESPESA OBRIGATÓRIA DE CARÁTER CONTINUADO – FONTE DE RECURSO.

RECEITA: Recursos provenientes da arrecadação dos tributos e demais receitas previstas no orçamento do exercício financeiro de 2026.

Prefeitura do Município de Varginha, 19 de fevereiro de 2026.

Leonardo Vinhas Ciacci
Prefeito Municipal

LEI Nº 7.527 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2026.

DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES E DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu em seu nome, sanciono a seguinte Lei,

Art. 1º Os vencimentos dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Varginha ficam reajustados em 7% (sete por cento), incidente sobre os atuais níveis de vencimento, sendo:

- I – 4,26% (quatro vírgula vinte e seis por cento), correspondente ao índice acumulado do IPCA no período de janeiro a dezembro de 2025;
- II – 2,74% (dois vírgula setenta e quatro por cento), correspondente ao aumento real.

Parágrafo único. Os subsídios dos Vereadores serão reajustados em 4,26% (quatro vírgula vinte e seis por cento), correspondente ao índice



Edição nº 1743 | Varginha/MG, Segunda-feira, 23 de Fevereiro de 2026

acumulado do IPCA no período de janeiro a dezembro de 2025.

Art. 2º O reajuste de que trata o art. 1º constitui revisão geral anual da remuneração, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2026.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.

Prefeitura do Município de Varginha, 20 de fevereiro de 2026; 143º da Emancipação Político Administrativa do Município.

LEONARDO VINHAS CIACCI
PREFEITO MUNICIPAL

ROBERTO CÉSAR DE LIMA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ANEXO ÚNICO

RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO **(Inciso I, artigo 16 e § 1º, artigo 17 da Lei Complementar nº 101/2000)**

LEI Nº 7.527

OBJETO: Revisão geral anual dos vencimentos dos servidores e subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Varginha.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A referida despesa está prevista no orçamento da Câmara Municipal de Varginha, e encontra-se adequada aos parâmetros financeiros da administração, tendo como fonte de recursos a receita proveniente de Repasse de Duodécimos da Prefeitura Municipal, não infringindo portanto, quaisquer disposições da legislação.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2026: R\$ 7.113.836,50. Sem reflexo, pois o orçamento do referido exercício consta dotação específica para atender as despesas de pessoal.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2027: R\$ 7.469.528,33. Sem reflexo, pois o orçamento do referido exercício constará dotação específica para atender as despesas de pessoal.

IMPACTO NO ORÇAMENTO/2028: R\$ 7.843.004,75. Sem reflexo, pois o orçamento do referido exercício constará dotação específica para atender as despesas de pessoal.

METAS DE RESULTADOS FISCAIS: A revisão geral anual não afetará as metas de resultados fiscais, uma vez que sua fonte de recurso será enquadrada nas previsões orçamentárias e o percentual de gastos com pessoal da Câmara Municipal será de 0,68% em relação a Receita Corrente Líquida dos últimos 12 meses até 12/2025, muito distante do limite de alerta, que seria de 5,4% de acordo com LRF. Em conformidade com CF que prevê o limite de 70% do orçamento do legislativo para gasto com pessoal, o percentual é de apenas 35,93%.

METODOLOGIA DE CÁLCULO: Para apuração do ano de 2026, utilizou-se como metodologia de cálculo o valor resultante da aplicação de 4,26% sobre o atual valor do subsídio dos vereadores e 7,00% sobre o atual valor do vencimento e adicionais dos servidores, e para os anos de 2027 e 2028 acrescentando um percentual de evolução da despesa de 5% ao ano.



Edição nº 1743 | Varginha/MG, Segunda-feira, 23 de Fevereiro de 2026

TERMOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO - 1/2026

Resultado da Homologação

0001 - CONCRETO USINADO FCK 20 CONVENCIONAL - CONCRETO USINADO FCK 20 CONVENCIONAL - CONCRTO USINADO - Valor

Referência: 479,54

Fornecedor

SAO DOMINGOS CONSTRUTORA LTDA

Valor Final

479,00

Valor Total

482.832,00

Situação

Homologado em 19/02/2026 08:22:19 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0002 - CONCRETO FCK 30,0 MPA BOMBEADO C/ PEDRA BRITADA - CONCRETO FCK 30,0 MPA BOMBEADO C/ PEDRA BRITADA - CONCRTO USINADO - Valor Referência: 655,14

Fornecedor

SAO DOMINGOS CONSTRUTORA LTDA

Valor Final

655,00

Valor Total

660.240,00

Situação

Homologado em 19/02/2026 08:22:19 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

Leonardo Vinhas Ciacci

Autoridade Competente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO POR MAIOR DESCONTO - 004/2026

Resultado da Homologação

0001 - Gasolina Comum - GASOLINA COMUM - Valor Referência: 5,92

Fornecedor

DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETROLEO LTDA

Modelo

GASOLINA COMUM

Quantidade

854.040,00 Litro

Lance Final

6,31 %

Valor Final

5,55

Valor Total

4.739.922,00

Situação

Homologado em 11/02/2026 14:52:51 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0002 - Óleo Diesel S-10 - Próprio - Valor Referência: 6,07



Edição nº 1743 | Varginha/MG, Segunda-feira, 23 de Fevereiro de 2026

Fornecedor

REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Modelo

Próprio

Quantidade

783.500,00 Litro

Lance Final

8,40 %

Valor Final

5,56

Valor Total

4.356.260,00

Situação

Homologado em 11/02/2026 14:52:51 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

Leonardo Vinhas Ciacci

Autoridade Competente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO - 156/2025

Resultado da Homologação

0001 – EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS GLOBAL - Valor Referência: 407.293,00

Fornecedor

ASSOCIACAO INSTITUTO DE PRESERVACAO E DESENVOLVIMENTO - IPD

Valor Final

315.458,40

Valor Total

315.458,40

Situação

Homologado em 10/02/2026 10:47:57 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

Leonardo Vinhas Ciacci

Autoridade Competente



Edição nº 1743 | Varginha/MG, Segunda-feira, 23 de Fevereiro de 2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura do Município de Varginha

Pregão Eletrônico - 138/2025

Resultado da Homologação

0001 - Autoclave Odontológica Automática 50L Autoclave Odontológica Automática 50L - Autoclave para esterilização, com capacidade interna de 50 litros, destinada a atender aos processos de esterilização, garantindo segurança, eficiência e conformidade com as normas sanitárias vigentes. Capacidade Interna: 50 litros, suficiente para atender a demandas de esterilização de instrumentais médicos, odontológicos ou laboratoriais. Alimentação: BIVOLT automático, com ajuste de tensão de forma automática conforme a rede elétrica disponível. Temperatura e Tempo de Esterilização: Ambos configuráveis de acordo com os protocolos de esterilização, permitindo ajustes conforme diferentes tipos de carga e materiais. Injeção de Água: Injeção manual de água, com possibilidade de sistema automático opcional para maior praticidade. Painel de Controle: Display digital alfanumérico com tecnologia LCD para fácil monitoramento e ajuste de parâmetros. Sistema de Deseaeração e Despressurização: Automático, garantindo a completa remoção de ar durante o processo de esterilização e eficiência nos ciclos. Segurança de Operação: O sistema deve operar com a porta fechada durante todo o ciclo, além de incluir controle eletrônico que desarma o processo em caso de aumento de temperatura além do configurado. Eficiência Energética e de Consumo de Água: O equipamento deve ser projetado para baixo consumo de energia e água, com objetivo de otimizar custos operacionais. Bandejas: 04 bandejas em aço inoxidável, para organização e disposição dos materiais a serem esterilizados. Peso e Dimensões: Comprimento: 41,5 cm Altura: 41,5 cm Profundidade: 75 cm Peso: 41 kg Registro ANVISA: O equipamento deve estar registrado na ANVISA, com número de registro válido, garantindo sua conformidade com as normas brasileiras de saúde e segurança. Facilidade de Manutenção: O equipamento deve ser projetado para fácil acesso aos principais componentes, com manuais de operação e manutenção claros e completos. O fornecedor deve oferecer - Modelo > 5.0 - Valor Referência: 8.817,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BS Equipamentos Indústria e Comércio Ltda-EPP	7.200,00	14.400,00	Homologado em 03/02/2026 14:33:55 Por: Leonardo Vinhas Ciscó

0002 - BISTURI ELÉTRICO COM KIT DE ELETRODO - Equipamento destinado à realização de procedimentos cirúrgicos em unidades de saúde, projetado para proporcionar cortes precisos e coagulação eficiente de tecidos biológicos, assegurando controle, segurança e confiabilidade durante o ato operatório. Deve possuir ajuste de potência e modos de operação distintos (corte, mistura e coagulação), adequando-se a diferentes tipos de procedimentos clínicos e cirúrgicos. Modelo: Bisturi Eletrônico BP100 Plus ou equivalente em desempenho e características técnicas. Tensão de alimentação: Bivolt 110/220 V, com chave seletora manual; proteção contra sobrecarga, falhas elétricas e curto-circuito; e consumo compatível com a potência nominal do equipamento. Tipo: Analógico, com display de fácil leitura para indicação dos modos e da intensidade de corrente. Modos de operação: Corte (Cut), Mistura (Blend) e Coagulação (Coag), todos com potência ajustável conforme a necessidade do procedimento; Sistema de controle independente de potência para cada modo (corte, blend e coagulação). Frequência de operação: 450 kHz (senoidal). Visor: Display analógico de fácil leitura. Tensão de Alimentação: Bivolt 110V/220V (chave seletora) Potência regulável: de acordo com a necessidade do procedimento, com faixa de ajuste mínima e máxima definida pelo fabricante. Potência de Saída: Corte: 100W, Blend: 60W, Coagulação: 40W (em carga de 500 Ohms) Dimensões: 23,0 cm (L) x 23,5 cm (P) x 14,4 cm (A) Peso: 2,6 kg Itens inclusos: O conjunto deverá ser fornecido completo, contendo no mínimo: 01 (um) Bisturi eletrônico completo; 01 (um) Cabo de placa neutra; 01 (um) Pedal simples, resistente à água; 01 (uma) Caneta padrão; 01 (uma) Placa neutra em aço inoxidável (150 x 100 x 0,5 mm); 01 (um) Cabo de força; Kit adicional com 11 (onze) eletrodos de diferentes formatos e tamanhos, fabricados em material biocompatível e resistente ao uso prolongado; contendo no mínimo os seguintes formatos e tamanhos: agulha (85 mm), agulha - BP100 PLUS - Valor Referência: 6.387,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	4.400,00	4.400,00	Homologado em 03/02/2026 14:33:55 Por: Leonardo Vinhas Ciscó

0003 - Cadeira Odontológica Completa - Equipamento odontológico Base com debrum antiderrapante, dispensando fixação no piso; contudo, deve possuir quatro furos se for necessária a fixação, permitindo a ancoragem quando exigido pela instalação. Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto. Cadeira com capacidade de elevação de até 200 kg, sistema tipo pantográfico confeccionado em chapa de aço. Dispositivo de segurança anti-esmagamento dos membros inferiores. Ajuste de nivelamento através de pés reguláveis embutidos na base. Mangueiras totalmente embudadas, evitando exposição e facilitando a higienização. Caixa de ligação integrada, otimizando o espaço interno do consultório. Caso a área não permita integração, deverá ser encaminhada a caixa de ligação separada. Botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira, facilitando o acesso do profissional. Amplo estofamento disponível em mais de 7 opções de cores. Braço de apoio para o paciente rebatível 90°. Sistema de elevação eletromecânico, acionado por motor-reductor de baixa tensão (24V). Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Protetor plástico na região dos pés do assento. Amplo estofamento, disponível em diversas opções de cor, e cor a ser escolhida conforme padrão municipal. Posição ambidestra, adaptável ao profissional. Sons de alerta de operação durante acionamentos. Pedal/Pedal fixo, que se encaixa abaixo da base da cadeira. Tipo joystick multifuncional, acionando cadeira, unidade auxiliar, peças de mão e refletor. Funções de movimentos e posições de trabalho programáveis e personalizáveis. Posição de cuspir e retorno a última posição de trabalho. Posições de trabalho que podem ser personalizadas. Opção volta à zero para retornar à posição inicial dire - PRESTIGE 1 + REFLETOR 5 LEDS 3X2 - Valor Referência: 38.070,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------

Página 1 de 7





Edição nº 1743 | Varginha/MG, Segunda-feira, 23 de Fevereiro de 2026

JVRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

29.700,00

59.400,00

Homologado em 03/02/2026 14:33:55 Por:
Leonardo Vinhas Ciacci

0004 - Consultório Odontológico Portátil - Equipamento portátil destinado a atendimentos odontológicos em diferentes contextos, como leito hospitalar, atendimento domiciliar, áreas rurais e locais de difícil acesso, garantindo portabilidade, autonomia e segurança operacional. O conjunto é montado em estrutura tipo mala rígida, fabricada em material leve e resistente, dotada de rodízios e alças ergonômicas que facilitam o transporte e a instalação. O design compacto permite o uso em espaços reduzidos, preservando as condições adequadas de biossegurança e ergonomia. Estrutura portátil tipo mala de transporte reforçada, com rodízios e alças laterais e superiores. Compressor de ar integrado, isento de óleo e silencioso, garantindo operação limpa e de baixa manutenção. Tanque de armazenamento em aço inoxidável, com capacidade mínima de 7 litros, resistente à corrosão. Controle de velocidade das peças de mão por pedal progressivo, proporcionando ajuste fino de potência durante o uso. Ajustes independentes de ar e água para as ponteiros de alta e baixa rotação. Válvula de controle do fluxo de sucção com regulagem manual. Manômetro visível para monitoramento da pressão de ar nas ponteiros. Interruptores individuais de liga/desliga para a garrafa de água e para o sistema de sucção. Válvula seletora para alternância entre alta e baixa rotação. Sistema elétrico de alimentação 127 V. Frequência: 60 Hz. Pressão mínima de operação do compressor: 0,5 MPa (5,1 kgf/cm²). Pressão máxima de operação do compressor: 0,8 MPa (8,16 kgf/cm²). Pressão de trabalho para alta rotação: mínima de 0,2 MPa e máxima de 0,4 MPa. Vazão mínima do compressor: 6,2 PCM (175 L/min). Nível de ruído máximo: até 70 dB(A). Dimensões aproximadas: 435 x 300 x 605 mm (C x L x A). Cor: padrão discreto e profissional. Acessórios e itens inclusos: Sugador de saliva com regulagem de fluxo; Seringa tríplice (soprador de ar e jato de água, bico removível e autoclavável); Conexão para caneta de alta rotação (tipo Borden 2 via - MAGNUS PNEUMATICO TRANSPORTATIL + OPCIONA - Valor Referência: 14.541,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	11.499,99	11.499,99	Homologado em 03/02/2026 14:33:55 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0005 - Destiladora de água - Equipamento destinado à purificação de água por destilação, com eficiência mínima de 99,9% na eliminação de impurezas, adequado para utilização em consultórios odontológicos, laboratórios e outros ambientes que exijam água destilada de alta pureza. Deve possuir design compacto e portátil, dispensando instalação hidráulica, e permitir o fornecimento de apenas a quantidade necessária de água para cada procedimento. Sistema de destilação com partes internas confeccionadas em aço inoxidável, garantindo resistência, durabilidade e qualidade da água produzida. Produção mínima de 1 litro por hora, com capacidade total de reservatório de, no mínimo, 4 litros. Sensor automático de desligamento, que interrompe o funcionamento quando o volume de água na câmara de ebulição se esgota. Indicador luminoso (LED) para sinalização de funcionamento. Tensão de alimentação: 110 V. Frequência: 50/60 Hz. Consumo de energia: máximo de 750 W/h. Dimensões máximas do produto: até 230 x 230 x 390 mm (C x L x A). Peso máximo: até 4,5 kg. Filtro de carvão ativado para eliminação de traços de sabor e odor de água produzida, com duração mínima de 6 meses ou 4000 litros, conforme condições de uso. Sistema de resfriamento por ventilação forçada, com baixo nível de ruído durante a operação. Recipiente coletor (faro ou garrafa) confeccionado em material resistente e atóxico, com tampa protetora. Material externo em termoplástico de alta resistência, de fácil limpeza e manutenção. Design moderno, compacto e ergonômico, facilitando o transporte e o manuseio. Desligamento automático de segurança em caso de superaquecimento ou falta de água. Não requer instalação hidráulica, bastando conexão à rede elétrica. Sistema de aquecimento que opere a temperatura aproximada de 160 °C. Acompanha todos os itens necessários ao uso, incluindo recipiente coletor, tampa, cabo de energia e manual técnico de operação e manutenção em língua portuguesa. Deve possuir registro ou cadastro válido na ANVISA - KONDETECH-AQUA-TECH - Valor Referência: 1.056,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI	480,00	1.920,00	Homologado em 03/02/2026 14:33:55 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0006 - Digitalizador de radiografias intraorais - Equipamento digital destinado à leitura e processamento de radiografias intraorais obtidas em placas de fósforo, possibilitando a conversão das imagens em formato digital com alta definição e ampla gama de tons de cinza, para uso clínico odontológico em diagnóstico por imagem. Compatível com placas de fósforo intraorais nos tamanhos 0, 1, 2 e 3, permitindo leitura automática sem necessidade de inserção manual complexa. Deve acompanhar mínimo de quatro placas de fósforo, sendo três unidades no tamanho 2 e uma unidade no tamanho 0. Sistema plug and play, de instalação simples, dispensando configurações avançadas ou hardware adicional. Acompanha software de aquisição e processamento de imagens incluso, em idioma português, com as seguintes ferramentas mínimas de edição: Rotação, zoom e ajuste de brilho, contraste e gama; Inversão de cores, Inserção de texto, setas, círculos e outros marcadores gráficos; Ferramentas de seleção e recorte de áreas; Medição de ângulos e segmentos lineares; Barra para elaboração de laudos e diagnósticos; com odontograma digital integrado; Modo de comparação simultânea de imagens em tela cheia; Permitir o cadastramento e organização de pacientes, com armazenamento e pesquisa rápida de imagens. Disponível para uso em rede local (LAN), possibilitando o compartilhamento do software entre diferentes estações de trabalho, com gerenciamento de usuários e definição de permissões de acesso. Compatível com protocolo TWAIN ou similar, garantindo integração com outros softwares de gestão e imagem odontológica. Resolução mínima de 1050 x 1450 pixels (tamanho 2, alta qualidade), com resolução espacial mínima de 25 p/mm (dpi). Profundidade de cinza mínima de 14 bits (preferencialmente 16 bits), assegurando ampla faixa de contraste para diagnóstico preciso. Acompanhar limpador ou solução de higienização própria para limpeza e conservação das placas radiográficas de fósforo. Especificações técnicas: Tensão de al - EAGLE.PS - Valor Referência: 52.669,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Emige Materiais Odontológicos Ltda	19.582,98	19.582,98	Homologado em 03/02/2026 14:33:55 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0007 - Impressora Térmica para Etiquetas Odontológicas - Impressora térmica de mesa, robusta e compacta, destinada à impressão de etiquetas para identificação de pacotes esterilizados, controle de estoque e rastreabilidade de materiais odontológicos. Deve operar por impressão térmica direta e por transferência térmica, permitindo o uso com e sem ribbon, conforme a necessidade da aplicação. Velocidade de impressão mínima: 102 mm/segundo (4 pol/seg). Largura máxima de impressão: até 104 mm (4,09 pol). Resolução mínima: 203 dpi. Memória mínima: 128 MB RAM e 256 MB Flash. Interface de comunicação: USB (compatível com computadores, balanças e leitores de código de barras). Compatível com linguagens EPL e ZPL ou equivalentes. Estrutura reforçada, com gabinete de plástico de alto impacto e cabeça de impressão metálica. Sistema de

Página 2 de 7





Edição nº 1743 | Varginha/MG, Segunda-feira, 23 de Fevereiro de 2026

abertura facilitada do compartimento de mídia (design tipo concha ou similar), para substituição rápida de rolos e ribbon. Compatível com etiquetas térmicas de diferentes medidas, com suporte a rolos de até 127 mm de diâmetro externo. Baixo consumo energético e operação silenciosa. Indicadores visuais e controles simplificados (LED e botão único ou similar) para facilitar o uso e reduzir erros operacionais. Deverá acompanhar o kit 10 rolos de etiquetas térmicas compatíveis com o equipamento (medidas a definir conforme aplicação odontológica). Cabeça de impressão com vida útil mínima de 1 milhão de polegadas ou 12 meses de garantia. Deve possuir manual técnico e de operação em língua portuguesa. Garantia mínima de 24 meses para o equipamento a partir da data de instalação. - ZD220 - Valor Referência: 2.765,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.765,95	2.765,95	Homologado em 03/02/2026 14:33:55 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0008 - Fotômetro - Lupa de cabeça com iluminação Led - Equipamento destinado à ampliação de campo visual e iluminação direcionada em procedimentos odontológicos, permitindo visualização ampliada em procedimentos clínicos, laboratoriais e de instrumentação e proporcionando maior precisão, conforto e eficiência no trabalho clínico. Lupa de cabeça com sistema óptico de alta qualidade, que proporcione imagem nítida, clara e sem distorções. Adequada para profissionais que utilizam óculos. Iluminação por LED de alta intensidade, com ponto de luz convergente e foco ajustável. Ampliação mínima de 2,5x e máxima de 3,5x. Distância de trabalho entre 320 mm-420 mm. Profundidade de visão mínima de 80-90 mm. Campo de visão mínimo de 80 mm. Potência luminosa aproximada de 80.000 Lux. Fonte de luz LED com potência mínima de 3W, com bateria recarregável de longa duração (autonomia mínima de 2,5 horas contínuas). Tensão de entrada bivolt automática (100-240V). Estrutura ergonômica e leve, com ajuste confortável à cabeça. Itens inclusos: 01 lupa de cabeça com LED, 01 bateria recarregável de longa duração, 01 carregador e 01 manual de instruções em língua portuguesa. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Catálogo técnico ou folheto descritivo deve ser apresentado no ato da entrega, para conferência das especificações. - MMO/HEAD SPOT - Valor Referência: 5.641,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.641,71	16.925,13	Homologado em 03/02/2026 14:33:55 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0009 - Fotopolimerizador de alta potência - Fotopolimerizador odontológico sem fio, de amplo espectro, com LEDs de alta intensidade, destinado à fotopolimerização de materiais odontológicos fotossensíveis. Fonte de luz: tecnologia LED de alta potência, com emissão em amplo espectro entre 385 e 515 nm, permitindo a ativação de diferentes tipos de resinas compostas, adesivos e cimentos resinosos, inclusive sob restaurações cerâmicas translúcidas; Feixe de luz colimado, garantindo polimerização uniforme e profunda em toda a extensão da área irradiada; Ponteira óptica com diâmetro mínimo de 12 mm, para cobertura ampliada e maior eficiência clínica; Três modos de polimerização: Modo Standard (intensidade média, com tempos de 5, 10, 15 e 20 segundos); Modo Alta Potência (intensidade superior, com tempos de 1, 2, 3 e 4 segundos); Modo Extra Potência (intensidade elevada, com tempo fixo de 3 segundos e sistema de controle térmico automático para proteção do tecido dental); Potência luminosa mínima de 1000 mW/cm² e máxima de até 3200 mW/cm², conforme o modo selecionado; Unidade sem fio, de uso portátil, com baterias recarregáveis de longa duração (mínimo de 1 semana de uso regular por carga), carregador bivolt automático (100-240 V) e fonte de alimentação inclusa; Corpo ergonômico e leve, confeccionado em material resistente e de fácil higienização, com revestimento de superfície de sílica resistente a riscos e vedação de teflon que permita limpeza segura com produtos desinfetantes; Sensor de movimento com modo de hibernação automática, retomando a operação ao ser movimentado, otimizando o consumo de energia; Compatível com suportes padrão de peça de mão odontológica, podendo também ser mantido sobre bancada ou em suporte de fixação; Acompanha: 4 baterias recarregáveis, 1 carregador de pilha, 1 fonte de alimentação para carregador, 1 suporte de fixação, 50 barreiras protetoras e 1 protetor de luz; Garantia mínima de 1 ano para o equipamento e acessórios. Apresentar catálogo técnico - ultradent/valo grand - Valor Referência: 8.490,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI	8.323,86	83.238,60	Homologado em 03/02/2026 14:33:55 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0010 - Laser terapêutico odontológico de baixa potência - Equipamento portátil, leve e de fácil manuseio, indicado para aplicações de laserterapia em diferentes especialidades da odontologia. Atua por meio de fotobiomodulação, promovendo reparação tecidual, analgesia, redução de processos inflamatórios, aceleração da cicatrização e melhora da circulação sanguínea. Equipamento portátil, ergonômico e de operação simples. Dois comprimentos de onda distintos, sendo: Laser vermelho em torno de 660 nm; Laser infravermelho em torno de 808 nm. Emissor de luz do tipo laser semiconductor (diodo) (GaAlAs e InGaAlP). Área do feixe laser de saída no aplicador de aproximadamente 3 mm². Alimentação por bateria recarregável de Ion-Liú 7,4V/ 650mAh, com Autonomia mínima de 180 minutos em uso contínuo; Tempo de recarga total entre 60 e 120 minutos. Carregador bivolt automático (127-220V / 50-60Hz). Pulseira para fotobiomodulação sistêmica vascular (ILIB), para uso associado à caneta de laserterapia; Deve acompanhar: 01 caneta aplicadora portátil; 01 pulseira para ILIB; 02 óculos de proteção (profissional e paciente); Fonte de alimentação; Manual de instruções em português. Garantia mínima de 24 meses; Apresentar registro na ANVISA e catálogo técnico para conferência das características ofertadas. Indicações de uso: Mucosite oral; Hipersensibilidade dentinária; Lesões de mucosa oral; Aflias, herpes simples e zoster; Dores articulares e disfunção de ATM; Nevralgia do trigêmeo e paralisia facial; Pós-operatórios cirúrgicos e de implantes; Processos inflamatórios e infecciosos em tecidos bucais; Terapia Fotodinâmica (PDT); Aplicações de fotobiomodulação sistêmica (ILIB). - LASER DUO - Valor Referência: 5.252,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MIHM DO COUTO - COMERCIAL ME	3.904,00	11.712,00	Homologado em 03/02/2026 14:33:55 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0011 - Micro motor endodôntico com localizador de ápice - Motor endodôntico elétrico com movimentos rotatórios e reciprocantes, compatível com os principais sistemas de limas disponíveis no mercado. Equipamento de alta precisão que reúne, em um único corpo, as funções de motor endodôntico, localizador apical e operação integrada, permitindo a determinação exata do comprimento de trabalho e a execução segura das etapas de instrumentação. Apresenta design ergonômico, leve e moderno, proporcionando conforto ao profissional e ao paciente. Possui funcionamento silencioso e tecnologia avançada que assegura

Página 3 de 7





Edição nº 1743 | Varginha/MG, Segunda-feira, 23 de Fevereiro de 2026

desempenho estável, praticidade e confiabilidade durante os procedimentos endodônticos. Equipamento 3 em 1: motor endodôntico, localizador apical e função integrada (motor + localizador). Motor com tecnologia brushless, garantindo maior durabilidade, precisão, baixo ruído e vibração reduzida. Modos de operação: contínuo, recíprocante, personalizável e modo ATR (Adaptive Torque Reverse). Controle de torque e rotação ajustáveis, compatível com diferentes sistemas de linhas NITI. Peça de mão sem fio (wireless), leve e ergonômica, com bateria recarregável de alta capacidade e acionamento direto. Base portátil com bateria recarregável, permitindo recarga da peça de mão mesmo sem ligação à energia elétrica. Display LCD colorido de 2,8" com alto contraste e teclado touch capacitivo de alta sensibilidade. Localizador apical integrado com medição automática e precisa, independente da presença de eletrólitos ou soluções condutivas. Funções automáticas de segurança: reversão de rotação por torque e proximidade do ápice, apical reverse/stop, apical slow down, apical warning e auto start. Contra-ângulo redutor 6:1, removível, autoclavável (até 135°C), com sistema push button, cabeça reduzida e rotação de 360°. Indicadores luminosos e sonoros ajustáveis para melhor visualização e operação. Modo standby automático para economia de energia. Corpo da base e da peça de mão confeccionados em ABS - SENSORY - Valor Referência: 9.014,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MIHM DO COUTO - COMERCIAL ME	6.749,00	13.498,00	Homologado em 03/02/2026 14:33:55 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0012 - Mocho. Odontológico - Mocho odontológico ergonômico, com base giratória e ajustes de altura e inclinação, projetado para mobilidade, conforto e segurança em longos períodos de trabalho. Encosto anatômico com ajuste de aproximação que proporcione maior conforto ao profissional, com acabamento liso e cantos arredondados, fácil higienização. Estofamento com espuma espessa em material rígido e resistente, com revestimento em laminado de PVC sem costura e fácil assepsia, densidade adequada e antideforante. A cor do estofado será determinada pela administração municipal conforme o padrão já utilizado nas demais unidades. Ajuste de altura do assento por pistão a gás, acionado por alavanca lateral, promovendo movimentos suaves. Regulagem da inclinação do encosto por alavanca independente. Base giratória com 5 rodízios de poliamida resistente, garantindo estabilidade e mobilidade. Altura do assento: mínimo de 460 a 570 mm. Altura do encosto: mínimo de 410 a 480 mm. Inclinação do encosto: até 30°. Largura mínima da base: 550 mm. Largura mínima do assento: 470 mm. Capacidade mínima: 110 kg. Trazer catálogo para conferência das características. Garantia mínima de 12 meses. - GOLD - Valor Referência: 1.414,95

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	527,43	12.658,32	Homologado em 03/02/2026 14:33:55 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0013 - Motor Cirúrgico Odontológico com peça reta - Motor elétrico para implante cirúrgico odontológico, acompanhado de peça reta compatível, destinado a perfuração óssea, instalação de implantes e procedimentos cirúrgicos odontológicos em unidades de saúde ou clínicas especializadas. Motor Elétrico Cirúrgico Odontológico Motor com controle eletrônico de velocidade e torque, ajustável para diversas técnicas cirúrgicas odontológicas. Alimentação compatível com rede elétrica local (120 V, 50/60 Hz) ou bívolt automático. Interface digital com display ou painel para visualização de velocidade, torque, tempo de operação e programa selecionado. Pedal de controle multifunção para acionamento e troca de programas, mantendo as mãos livres durante o procedimento. Sistema de irrigação integrado ou compatível para refrigeração e remoção de resíduos durante a operação. Segurança operacional: proteção contra sobrecarga de torque, inversão de rotação, bloqueio da peça e limitação de velocidade máxima. Compatível com diversos acessórios de implante (peças de mão reta, angulada, contra-ângulo) e brocas padrão. Unidade de controle com AHC: Tecnologia avançada para melhor desempenho. Potência máxima da bomba: 75 mL/min. Programação: 8 programas ajustáveis para diferentes procedimentos. Dimensões: de até 265 x 220 x 100 mm. Torque ajustável de 5 a 80 Ncm para precisão no procedimento. Velocidade do motor: 200 a 40.000 min⁻¹. Peso aproximado: até 8,5 kg. Acessórios Mínimos Fornecidos: Motor com cabo de alimentação. Pedal de controle multifunção. Peça de mão reta compatível. Cabos ou sistema de irrigação compatível. Estojo ou proteção para transporte da peça de mão. Kit inicial de manutenção ou instruções de manutenção do fabricante. Registro ANVISA e autorização de uso odontológico/cirúrgico conforme normas sanitárias vigentes. Manuais de instalação, operação, manutenção e esterilização em língua portuguesa. Assistência técnica e peças de reposição disponíveis nacionalmente. Deverá operar em - nsk/surgic pro - Valor Referência: 11.409,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	11.035,53	11.035,53	Homologado em 03/02/2026 14:33:55 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0014 - Micromotor elétrico de bancada para prótese - Micromotor elétrico de bancada, indicado para atividades de desgaste, desgaste, perfuração, corte, gravação e acabamento em procedimentos odontológicos ou laboratoriais. Deve ser equipamento robusto, de uso contínuo, com baixo nível de ruído e vibração, garantindo desempenho estável e seguro durante o uso profissional. Equipamento elétrico de bancada com sistema de conexão tipo INTRA, compatível com peças retas e contra-ângulos de diferentes fabricantes que atendam ao mesmo padrão; Velocidade ajustável, com controle de rotação de 0 a 30.000 RPM; Sentido de rotação reversível (horário e anti-horário); Acionamento por pedal e opção de acionamento contínuo através de chave liga/desliga; Controle eletrônico de velocidade com regulagem progressiva; Rolamentos blindados de alta tecnologia, dispensando necessidade de lubrificação; Baixo nível de ruído e vibração durante o funcionamento; Voltagem bívolt automática (110/230V-), com seleção automática; Compatibilidade com peças de mão padrão INTRA; Construção robusta, adequada para uso contínuo em ambiente clínico ou laboratorial; Peso aproximado: 1 kg Dimensões aproximadas: 27cm x 22 cm x 11 cm Fornecimento acompanhado de: 01 micromotor elétrico de bancada; 01 pedal de acionamento; 01 peça reta não autoclavável; 01 cabo de acionamento; 01 suporte para caneta (micromotor); 01 manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses a partir da data da instalação. - LB 100 - Valor Referência: 1.190,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	703,65	1.407,30	Homologado em 03/02/2026 14:33:55 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0015 - Plastificadora a Vácuo para uso odontológico - Equipamento destinado à confecção de diversos tipos de placas termoplásticas utilizadas em consultórios e laboratórios odontológicos, permitindo a produção de moldes individuais, placas de clareamento, contenções ortodônticas, protetores bucais esportivos, próteses provisórias, matrizes para resina composta e placas de bruxismo. Possui sistema de aquecimento rápido e uniforme, design funcional e motor de alta potência, proporcionando

Página 4 de 7



Edição nº 1743 | Varginha/MG, Segunda-feira, 23 de Fevereiro de 2026

moldagens precisas e excelente definição dos detalhes anatômicos. De fácil instalação e operação, é compatível com diferentes espessuras e formatos de placas termoplásticas. Estrutura compacta, de fácil instalação e operação. Sistema de aquecimento rápido e uniforme, com resistência em cerâmica ou carbono. Controle de temperatura ajustável por potenciômetro, permitindo regulação conforme a espessura e o tipo de material da placa. Função estufa para retirada da unidade e recuperação de placas com bolhas. Compatível com placas de EVA Soft, PET-G, acetato, PVC, polipropileno, entre outras. Suporte compatível com placas quadradas ou redondas, de espessura entre 0,3 mm e 4,0 mm. Motor a vácuo integrado, com acionamento automático e baixo nível de ruído, dispensando o uso de compressor externo. Porta-modelo com dupla função: plana (para placas maleáveis e modelos recortados) e tipo caneca (para placas rígidas e modelos altos). Anel rotativo que permite aquecimento em ambos os lados da placa. Potência do motor: mínima de 1,400 W. Potência de aquecimento: mínima de 450 W. Consumo médio: 0,9 kWh. Voltagem: 110V. Frequência: 50/60 Hz. Peso aproximado: até 4,6 kg. Nível de ruído: até 90 dB a 0,5 m. Garantia mínima de 12 meses a partir da data da instalação. O fornecedor deverá apresentar o catálogo técnico do fabricante ou material equivalente contendo as especificações completas do produto ofertado. Deverá possuir assistência técnica autorizada em território nacional, comprovada por meio de re - PLASTVAC - Valor Referência: 2.815,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.291,94	2.291,94	Homologado em 03/02/2026 14:33:55 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0016 - Placas de fósforo intraorais para radiografia digital - Placas intraorais de fósforo para utilização em sistemas digitais de radiografia odontológica visando a captura de imagens diagnósticas de alta resolução. Substituem os filmes radiográficos convencionais, oferecendo maior conforto ao paciente, rapidez no processamento e possibilidade de reutilização. Placas de fósforo finas, flexíveis e de fácil manipulação, reutilizáveis após processamento. Placa Radiográfica Intraoral de Fósforo disponíveis no tamanho 0 (Zero), 1 (Um), 2 (Dois), utilizadas em Digitalizador de Imagens, adequando-se a diferentes anatomias e faixas etárias. Conjunto contendo nove placas intraorais de fósforo, sendo três unidades tamanho 0, três unidades tamanho 1 e três unidades tamanho 2. Compatíveis com scanners de leitura automática (ex: Eagle PS ou equivalentes). Alta sensibilidade e ampla faixa dinâmica, garantindo imagens nítidas e detalhadas. Espessura reduzida (aproximadamente 30 vezes mais finas que filmes convencionais), proporcionando maior conforto ao paciente. 100% de área ativa, sem perda de estruturas anatômicas relevantes. Manipulação semelhante à dos filmes radiográficos tradicionais, dispensando reaprendizagem técnica. Superfície resistente, desenvolvida para múltiplos ciclos de uso e fácil higienização. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. O fornecedor deverá apresentar catálogo técnico do fabricante ou material equivalente, contendo todas as especificações completas do produto ofertado. O produto deverá possuir assistência técnica autorizada em território nacional, comprovada por meio de relação de credenciados ou documento emitido pelo fabricante. O fornecimento deverá ser acompanhado de manual técnico em português, contendo instruções de uso, conservação e higienização. - PLACA DE FÓSFORO Nº 0,1,2 - Valor Referência: 766,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
WEHEAL MEDICAL IMPORTS LTDA	766,75	6.900,75	Homologado em 03/02/2026 14:33:55 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0017 - Raio-X Odontológico Portátil Digital - Equipamento odontológico portátil de última geração, destinado à obtenção de imagens radiográficas intraorais de alta precisão, proporcionando diagnósticos confiáveis e seguros. Deve possuir tecnologia de ponta que garanta imagens nítidas, portabilidade e proteção radiológica adequada, sendo indicado para uso por cirurgiões-dentistas e técnicos treinados. É usado tanto para adultos como para crianças. Equipamento portátil e de fácil manuseio, com design ergonômico e operação com uma só mão. Peso aproximado de até 2,5 kg. Tensão de ampolo: 70 kV. Corrente da ampolo: mínimo de 2 mA. Ponto focal: 0,4 mm, assegurando imagens nítidas e de alta definição. Tempo de exposição: ajustável entre 0,02 e 2 segundos. Potência máxima: mínimo de 140 VA. Gerador de alta frequência: aproximadamente 38,5 kHz, garantindo estabilidade e qualidade de emissão. Filtração total: mínimo de 2,0 mm Al a 70 kV. Ângulo do alvo: aproximadamente 12,5°. Colimador radiopeco para minimizar a radiação de fuga, garantindo a segurança do operador e do paciente. Escudo de proteção radiológica refletida, para maior segurança durante os disparos. Display digital LCD com touch screen, permitindo ajuste e visualização do tempo de exposição e outras configurações operacionais. Sistema intuitivo de operação, com ícones e comandos simples. Bateria recarregável de alta capacidade, com autonomia mínima para 1.000 disparos por carga. Carregador bivolt automático (100V 240V / 50/60Hz). Disparador remoto e alça de mão para operação segura e estável. Tipo de radiação: raio-X. Temperatura de operação: entre 6°C e 35°C. Radiação de fuga: inferior a 0,25 mGy/h a 70 kV 2 mA. Tempo de resfriamento e curva térmica conforme manual técnico do fabricante. Eixo de referência: centralizado ao cone de posicionamento; Ciclo de trabalho: mínimo 1:30. Acessórios Inclusos: Bateria recarregável 1000mAh; Carregador compatível 28V 1,42A; Escudo protetor de radiação refletida; Disparador - VIVANT X-RAY MOBI - Valor Referência: 18.445,42

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MHM DO COUTO - COMERCIAL ME	10.900,00	21.800,00	Homologado em 03/02/2026 14:33:55 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0018 - Secadora para Instrumentais Odontológicos com 2 compartimentos - Equipamento portátil para secagem automática de instrumentos odontológicos após limpeza enzimática e enxágue, que utiliza calor seco e circulação de ar quente para remover líquidos, proporcionando maior eficácia, segurança e comodidade ao profissional durante o preparo dos instrumentais, reduzindo o risco de contaminação cruzada, ganhando tempo ao permitir que o profissional realize outras atividades durante a secagem, evitando ferimentos na manipulação de instrumentos pontiagudos e contribuindo para a biossegurança do procedimento. Capacidade da bandeja: 60 kits clínicos. Peso aproximado: 2,7 kg. Dimensões aproximadas: 32 x 32 x 35 cm. Tensão de entrada: 127V. Resistência elétrica: 40 Ohms. Potência: 1200 Watts. Ciclos pré-determinados de 7 ou 9 minutos para completa secagem na maioria dos casos. Composta por 02 compartimentos de secagem de instrumentos. Temperatura interna máxima: 120°C. Temperatura externa máxima: 70°C. Ruído a 1 m: 60 dB. Tempo de ciclo Standard: 7 min (4 min + 3 min resfriamento). Tempo de ciclo Plus: 9 min (6 min + 3 min resfriamento). Consumo médio: 1,2 kWh/dia. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Assistência técnica autorizada em território nacional, comprovada mediante relação de credenciados ou declaração emitida pelo fabricante. O fornecedor deverá apresentar o catálogo técnico do fabricante ou material equivalente contendo as especificações completas do produto ofertado. - TECHNLIFE/KITDRY PLUS - Valor Referência: 2.094,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------





Edição nº 1743 | Varginha/MG, Segunda-feira, 23 de Fevereiro de 2026

SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

2.094,50

8.378,00

Homologado em 03/02/2026 14:33:55 Por:
Leonardo Vinhas Ciacci

0019 - Seladora térmica para papel grau cirúrgico com guilhotina - Equipamento destinado à selagem de embalagens de papel grau cirúrgico utilizadas em processos de esterilização em autoclave. Possibilita a personalização dos tamanhos das embalagens, otimizando o uso de papel e o aproveitamento de espaço na autoclave. Apresenta operação prática e segura, com aquecimento uniforme que garante aderência eficaz e evita a queima ou o amarelamento do papel. Indicada para clínicas e estabelecimentos com alta demanda de selagem. Equipamento de bancada, com carenagem de proteção contra acidentes. Sistema de selagem térmica por resistência blindada com tecnologia PTC (Positive Temperature Coefficient). Controle automático de temperatura e tempo de soldagem. Aquecimento uniforme e estável, garantindo qualidade da selagem e evitando queimaduras no papel. Acionamento por alavanca com sistema de trava. Guilhotina acoplada, permitindo corte do papel em ambas as direções. Suporte para rolo de papel grau cirúrgico. Não utiliza teflon ou amalon sobre a resistência. Realiza selagem de plástico com papel grau cirúrgico. Largura da selagem: 12 mm (± 1 mm). Comprimento máximo da selagem: 300 mm. Tempo de aquecimento inicial: até 3 minutos e 30 segundos. Tempo de selagem: aproximadamente 6 segundos. Potência nominal: 300 W (tecnologia PTC). Tensão de alimentação: 127 V ou 220 V, 50/60 Hz. Dimensões aproximadas (LxPxA): até 480 x 300 x 125 mm. Peso aproximado: até 3,6 kg. Deve permitir o uso com rolos de papel grau cirúrgico de até 30 cm de largura. Acessórios que acompanham o produto: 01 cabo elétrico 2P+T. 01 manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Deverá possuir registro válido na ANVISA. O fornecedor deverá apresentar o catálogo técnico do fabricante ou material equivalente contendo as especificações completas do produto ofertado. Deverá possuir assistência técnica autorizada em território nacional, comprovada mediante relação de credenciados ou documento emitido - SELADORA CRISTOFOLI - Valor Referência: 1.983,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MIHM DO COUTO - COMERCIAL ME	850,00	3.400,00	Homologado em 03/02/2026 14:33:55 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0020 - Sensor digital para radiografias Intraorais (tecnologia CMOS) - Equipamento destinado à obtenção de imagens radiográficas intraorais digitais de alta definição, permitindo diagnóstico preciso e rápido. Substitui o uso de filmes convencionais, proporcionando economia, sustentabilidade e maior conforto ao paciente, além de ser ecologicamente correto, dispensando uso de filmes e produtos químicos. O sensor deve ser compatível com sistemas operacionais amplamente utilizados, possuir software próprio de aquisição e gerenciamento de imagens com licença vitalícia, e permitir integração com outros sistemas de imagem odontológica. Tecnologia do sensor: CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor); Captação de imagem digital em tempo real, com alta nitidez e definição; Resolução real mínima: 16 lp/mm; Nível de cinza: mínimo de 4096 níveis (12 bits); Área ativa aproximada: 26 x 36 mm (ou equivalente ao tamanho 2); Espessura máxima: 5,0 mm, para maior conforto do paciente; Bordas arredondadas e acabamento em material confortável, com isolamento contra líquidos; Cabo de conexão USB de, no mínimo, 3 metros, removível e de fácil substituição; Interface USB 2.0 de alta velocidade; Tensão de operação: 5 V DC (alimentação via USB); Deve vir com software de aquisição e gerenciamento de imagens, com as seguintes funcionalidades: Cadastro de pacientes e armazenamento de imagens; Ferramentas para laudo e edição (rotação, zoom, brilho, contraste, medição, inversão de cores, recorte, inserção de texto e símbolos); Comparação de imagens lado a lado e visualização em tela cheia; Exportação de imagens em formato DICOM; Envio de imagens por e-mail e integração com sistemas de rede local; Licença de uso vitalícia e direito a atualizações disponibilizadas pelo desenvolvedor; Compatível com sistemas operacionais Windows 7, 8, 8.1 e 10 (x86 e x64). O mesmo deve ser atualizado à medida que as atualizações forem sendo criadas pela desenvolvedora. O sensor deve acompanhar posicionador compatível - SAEVO/SENSOR DIGITAL (SAEVO SLIM) TAM 2 - Valor Referência: 11.661,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI	6.500,00	13.000,00	Homologado em 03/02/2026 14:33:55 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0021 - Ultrassom e Jato de Bicarbonato - Equipamento odontológico conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio, destinado à profilaxia dental e remoção de cálculos dentários supra e subgingivais, bem como biofilme mineralizado e não mineralizado. Deve permitir limpeza eficiente, segura e confortável para o paciente e o profissional, com controle preciso de potência e irrigação, corpo compacto e fácil higienização, assegurando alta durabilidade e desempenho clínico. Equipamento conjugado composto por ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato. Indicado para remoção de cálculos supra e subgingivais, biofilme e tártaro. Ajuste de potência com, no mínimo, três níveis de regulação, permitindo adaptação às diferentes necessidades clínicas. Válvula reguladora que assegure pressão de ar estabilizada e adequada à remoção do biofilme. Bomba peristáltica com, no mínimo, quatro níveis de rotação, garantindo controle da vazão de líquido irrigante conforme o tratamento. Sistema de irrigação com reservatório acoplado, permitindo o uso de líquidos antissépticos ou desinfetantes para irrigação. Transdutor cerâmico de alta precisão, com capas protetoras autoclaváveis, que previnem contaminação cruzada e prolongam a vida útil da peça de mão. Sistema de vibração elíptica, com frequência entre 24 a 30 kHz, proporcionando raspagem eficiente sem dano à superfície dental. Dispositivo de refrigeração por jato de água, que evite aquecimento e mantenha a área de trabalho limpa. Pressão de acionamento mínima: 220 kPa. Consumo de ar: 24 a 30 L/min. Ruído máximo: até 95 dB. Ponte universal com giro de 360°, acompanhada de agulha e haste de limpeza. Reservatório de pó incorporado, com tampa transparente para visualização da quantidade de bicarbonato. Corpo do equipamento compacto e leve, de material resistente, de fácil desinfecção e manutenção. Pedal único de acionamento para ultrassom e jato de bicarbonato. Tensão de alimentação: 100 a 240 V. Potência nominal mínima: 30 W - SONIC DUO - Valor Referência: 4.608,21

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Emige Materiais Odontológicos Ltda	3.042,90	12.171,60	Homologado em 03/02/2026 14:33:55 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

Leonardo Vinhas Ciacci
Autoridade Competente

ágina 6 de 7





Edição nº 1743 | Varginha/MG, Segunda-feira, 23 de Fevereiro de 2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS ELETRÔNICO - 120/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura do Município de Varginha
Registro de Preços Eletrônico - 120/2025

Resultado da Homologação

0001 - CALÇA JEANS PROFISSIONAL - Com elastano, com bolsos internos à frente e bolsos externos traseiros, fecho com botão, e passador de cinto, elástico em mela cintura. Logo da Prefeitura de Varginha e da Vigilância Ambiental na perna direita conforme croqui anexo. Tamanhos a definir. - PROPRIA - Valor Referência: 59,90

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA	54,93	43.944,00	Homologado em 19/02/2026 08:30:51 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0002 - CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROF.TIPO BOTINA - CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROF.TIPO BOTINA Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, cabedal confeccionado em vaqueta, colarinho em material têxtil, forro de gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, fechamento por atacadores, palmilha de montagem em não tecido fixada pelo sistema strobil, biqueira plástica para conformação, solado de poliuretano antiderrapante injetado diretamente no cabedal. Cor preta, marrom ou café. O produto deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido e emitido pelo Ministério do Trabalho, conforme a Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6), com validade mínima de 2 anos a contar da data deste Termo de Referência. Sugestão de C.A. 40677. Nos seguintes tamanhos: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. *As quantidades de cada tamanho serão definidas após a licitação quando for gerado o empenho. - ecosafety - Valor Referência: 91,26

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RENATO ISIDORO	79,00	23.700,00	Homologado em 19/02/2026 08:30:51 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0003 - CAMISETA MALHA PV MANGA CURTA - LOGO DA VIGILANCIA AMBIENTAL - CAMISETA MALHA PV MANGA CURTA com acabamento em bainha, gola O, com 1 bolso, silk comum mais de 4 cores (2x frente, 1x costas, 1x manga) com logos da Vigilância Ambiental, SEMUS e Brásão da Prefeitura de Varginha, gola e manga com detalhes em verde. Conforme croqui em anexo. Nos seguintes tamanhos: M, G, GG, EXG(G1), EXGG(G2). *As quantidades de cada tamanho serão definidas após a licitação quando for gerado o empenho. - PROPRIA - Valor Referência: 26,39

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA	19,77	9.885,00	Homologado em 19/02/2026 08:30:51 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0004 - CAMISETA MALHA PV MANGA CURTA - LOGO DA CAMPANHA ANTIRRABICA - CAMISETA MALHA PV MANGA CURTA com acabamento em bainha, gola O, silk comum mais de 4 cores (1x frente, 1x costas, 1x manga) com logos da Campanha Antirrábica, Brásão da Prefeitura de Varginha e SEMUS. Conforme croqui em anexo. Nos seguintes tamanhos e quantidades: Tamanho P, M, G, GG, EXG. *As quantidades de cada tamanho serão definidas após a licitação quando for gerado a solicitação de compra. - PROPRIA - Valor Referência: 26,39

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA	20,39	8.156,00	Homologado em 19/02/2026 08:30:51 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0005 - BONE DO TIPO TOUCA ARABE - BONE DO TIPO TOUCA ARABE (boné com touca) para proteção do rosto e pescoço contra agentes térmicos; silk comum mais de 4 cores (1x frente), com logo do setor de Vigilância Ambiental. Cor: Caqui. Conforme croqui em anexo. - PROPRIA - Valor Referência: 13,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
DISTRIBUIDORA LILIAN LTDA	13,29	3.322,50	Homologado em 19/02/2026 08:30:51 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0006 - MANGUITO UNISSEX P/ MEMBROS SUPERIORES (TECIDO) - MANGUITO UNISSEX P/ MEMBROS SUPERIORES (TECIDO) Par de manguitos unissex para proteção dos membros superiores contra radiação não ionizante (sol). Confeccionado em tecido com 90% poliâmida e 10% elastano, com proteção solar UV permanente com fator mínimo UV 50 ou maior, tratamento anti-odor, com alta absorção de suor e secagem rápida. O produto deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido e emitido pelo Ministério do Trabalho, conforme a Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6), com validade mínima de 2 anos a contar da data deste Termo de Referência. Cor: Preto. Nos seguintes tamanhos: M, G, GG, EXGG. *As quantidades de cada tamanho serão definidas após a licitação quando for gerado o empenho. - maycol - Valor Referência: 17,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RENATO ISIDORO	12,20	3.050,00	Homologado em 19/02/2026 08:30:51 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

Página 1 de 3





Edição nº 1743 | Varginha/MG, Segunda-feira, 23 de Fevereiro de 2026

0007 - LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS TAM:G - tricotada em fibras sintéticas sem revestimento interno, recoberta de borracha nitrílica na palma e dedos, punho tricotado com elástico, acabamento em overlock, tamanho G.O produto deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido e emitido pelo Ministério do Trabalho, conforme a Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6), com validade mínima de 2 anos a contar da data deste Termo de Referência Sugestão de CA N° 42.410. - CA 51007 - Valor Referência: 9,44

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GL COMERCIO EM GERAL LTDA.	4,94	1.235,00	Homologado em 19/02/2026 08:30:51 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0008 - LUVAS NITRILICAS CANO MEDIO ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR - PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA antiderrapante na face palmar, dedos e ponta dos dedos, proteção Química tipo A, contra agentes abrasivos, cortantes, perfurantes, contra agentes químicos, biológicos e umidade, tamanho G.O produto deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido e emitido pelo Ministério do Trabalho, conforme a Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6), com validade mínima de 2 anos a contar da data deste Termo de Referência Sugestão de CA N° 16.314. - CA 48875 - Valor Referência: 5,51

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GL COMERCIO EM GERAL LTDA.	5,24	524,00	Homologado em 19/02/2026 08:30:51 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0010 - LUVAS DE SEGURANÇA EM VAQUETA TAM:G - EM VAQUETA total com reforço palmar interno na palma em vaqueta, tira de reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador, tamanho G.O produto deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido e emitido pelo Ministério do Trabalho, conforme a Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6), com validade mínima de 2 anos a contar da data deste Termo de Referência. - gabl ca 1230 - Valor Referência: 15,70

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RENATO ISIDORO	10,00	2.000,00	Homologado em 19/02/2026 08:30:51 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0011 - OCULOS DE PROTECAO - dos olhos contra impactos de partículas volantes (agentes químicos) com lente incolor; EPI do tipo RJ: Óculos de proteção constituído de proteção superior nas bordas do arco preto, com pino central e uma fenda em cada extremidade para encaixe de visor de policarbonato, lente única com proteção lateral, com apoio nasal, antiembacante, antirisco na cor incolor com hastes flexíveis, orifício para cordão, hastes reguláveis, com proteção UV.O produto deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido e emitido pelo Ministério do Trabalho, conforme a Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6), com validade mínima de 2 anos a contar da data deste Termo de Referência. - delta ca 39878 - Valor Referência: 4,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RENATO ISIDORO	2,90	870,00	Homologado em 19/02/2026 08:30:51 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0012 - OCULOS PROTECAO TIPO AGUIA COR: FUMÊ - antiembacante, antirisco, com proteção UV cor fumê.O produto deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido e emitido pelo Ministério do Trabalho, conforme a Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6), com validade mínima de 2 anos a contar da data deste Termo de Referência. - delta ca 19176 - Valor Referência: 4,42

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RENATO ISIDORO	2,90	870,00	Homologado em 19/02/2026 08:30:51 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0013 - PERNEIRAS CONFECCIONADA EM RASPA DE COURO - sintético (pvc), comprimento: 40 cm, Aplicação: epi-equipamento de proteção individual, características adicionais: dupla camada de couro sintético, 3 talas em polipropileno interiores, fechamento com velcro.O produto deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido e emitido pelo Ministério do Trabalho, conforme a Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6), com validade mínima de 2 anos a contar da data deste Termo de Referência. - utilseg ca 39624 - Valor Referência: 24,23

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RENATO ISIDORO	18,00	1.800,00	Homologado em 19/02/2026 08:30:51 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0014 - MOCHILA FUNCIONAL EM NYLON420 - MOCHILA FUNCIONAL EM NYLON420 tecido leve e resistente à abrasão.Dimensões aproximadas:Comprimento: 30cmAltura: 40cmLargura: 15cmCompartimentos:2 divisórias internas amplas para documentos e materiais de campo.1 bolso frontal externo com zíper, ideal para itens de rápido acesso.Fechamento:Zíper principal robusto com puxadores reforçados.Alças (uso obrigatório):Alça de costas dupla (tipo mochila): ajustável e acolchoada, para conforto durante o transporte prolongado.Alças laterais tipo pasta e tiracolo: para transporte na mão e ombro, também reforçada.(As alças são obrigatórias, garantindo versatilidade de uso.)Personalização: Logo da prefeitura e do setor de Vigilância Ambiental na parte frontal (área central de até 15x15cm), Cor: Preto ou Caqui.Conforme croqui em anexo. - Mochila Funcional -Valor Referência: 186,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
FATTO BELLO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	74,98	26.243,00	Homologado em 19/02/2026 08:30:51 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

Página 2 de 3





Edição nº 1743 | Varginha/MG, Segunda-feira, 23 de Fevereiro de 2026

0015 - LANTERNA DE LED , TATICA E RECARREGAVEL - LANTERNA DE LED , TATICA E RECARREGAVEL - BNZ800531 - Valor Referência: 38,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GL COMERCIO EM GERAL LTDA.	24,40	7.320,00	Homologado em 19/02/2026 08:30:51 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0017 - MASCARA RESPIRADOR 1/4 FACIAL COM 2 FILTROS - MASCARA RESPIRADOR 1/4 FACIAL COM 2 FILTROS frontais e proteção para respirador, purificador de ar de segurança, tipo peça 1/4 (um quarto) facial, tamanho único, confeccionado em composto de borracha e silicone, na cor cinza, com borda interna. nas laterais do corpo da peça, estão localizadas duas aberturas, uma de cada lado. O produto deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido e emitido pelo Ministério do Trabalho, conforme a Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6), com validade mínima de 2 anos a contar da data deste Termo de Referência. -CA 36729 - Valor Referência: 884,19

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GL COMERCIO EM GERAL LTDA.	322,00	19.320,00	Homologado em 19/02/2026 08:30:51 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0018 - FILTRO PARA RESPIRADOR (PROTECAO MECANICA) - de poeiras e névoas e também usado para prolongar a vida útil dos cartuchos filtros VO e VOGA. Compatíveis com Mascara Respirador .O produto deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido e emitido pelo Ministério do Trabalho, conforme a Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6), com validade mínima de 2 anos a contar da data deste Termo de Referência. - VO + GA - Valor Referência: 13,43

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GL COMERCIO EM GERAL LTDA.	12,79	2.558,00	Homologado em 19/02/2026 08:30:51 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0019 - MASCARA FACIAL COM VALVULA PFF2 - O produto deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido e emitido pelo Ministério do Trabalho, conforme a Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6), com validade mínima de 2 anos a contar da data deste Termo de Referência. - sayro ca39644 - Valor Referência: 2,04

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
RENATO ISIDORO	1,30	650,00	Homologado em 19/02/2026 08:30:51 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0020 - VESTIMENTA DE PROTECAO, TIPO MACACAO, CONFECCIONADO - em não tecido Tyvek, com tratamento antistático. Com abertura frontal em zíper, elástico nos punhos e tornozelos e capuz com elástico. Costura simples. Indicado para operações onde exista o risco de contaminação com partículas secas e úmidas maiores que 0,5 micron, tóxicas ou alergênicas. Vestimentas que criam barreiras de proteção contra agentes químicos, ou seja, protegem os trabalhadores do contato com substâncias químicas irritantes, nocivas, tóxicas ou corrosivas. Confeccionado em 100% polietileno de alta densidade. Fechamento frontal com zíper até a altura do queixo, oferecendo maior proteção, melhor ajuste das máscaras respiratórias e maior facilidade em colocar e retirar a vestimenta.Nos seguintes tamanhos: EXG(G1), EXGG(G2). O produto deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido e emitido pelo Ministério do Trabalho, conforme a Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6), com validade mínima de 2 anos a contar da data deste Termo de Referência.Sugestão de CA - 9571.*As quantidades de cada tamanho serão definidas após a licitação quando for gerado o empenho. - CA 41946 - Valor Referência: 78,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
GL COMERCIO EM GERAL LTDA.	38,00	3.800,00	Homologado em 19/02/2026 08:30:51 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

0022 - PROTETOR SOLAR FPS 60 BISNAGA 120ML - de uso ocupacional, podendo ser utilizado como creme bloqueador solar para a pele. Possui fator de proteção solar 60, protege contra raios UVA e UVB. É resistente à água, contém vitamina e é dermatologicamente testado.O produto deve possuir Certificado de Aprovação (CA) válido e emitido pelo Ministério do Trabalho, conforme a Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6), com validade mínima de 2 anos a contar da data deste Termo de Referência. -HAPPY SOL - Valor Referência: 18,46

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12,18	3.045,00	Homologado em 19/02/2026 08:30:51 Por: Leonardo Vinhas Ciacci

Leonardo Vinhas Ciacci
Autoridade Competente

Página 3 de 3



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/02/2026 às 10:24:23.
Código verificador: 111F4D6

